

医学研究に関する情報公開および研究協力へのお願い

福井県済生会病院 臨床工学部では、臨床研究審査委員会の承認を得て、下記の医学研究を実施しています。こうした研究では、対象となる方に関して既に存在する試料や情報、あるいは今後の情報や記録などを調査しますが、対象となる方にとって新たな負担や制限が加わることは一切ありません。このような研究では、国が定めた倫理指針に基づき、対象となる方お一人ずつから直接同意を得るかわりに、研究の目的を含む研究の実施についての情報を公開することが必要とされています。ご自身の情報や試料を研究に使用してほしくないという場合や研究に関するお問い合わせなどがある場合は、以下の「問い合わせ窓口」へご照会ください。研究への参加を希望されない場合、研究結果の公表前であれば、研究期間内にご連絡いただいた時点より対象から除外いたします。なお研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありませんのでご安心ください。

【研究課題名】当院における自家末梢幹細胞採取への取り組み

【研究期間】福井県済生会病院 臨床研究審査委員会承認日～令和4年8月1日

【研究の目的】以前使用していた幹細胞血球分離装置(COBE Spectra)と新型の幹細胞血球分離装置(Spectra OPTIA)を比較することで、機能性と安全性を評価する。

【研究の内容】

1. 研究の対象となる方

福井県済生会病院において自家末梢幹細胞採取目的で、治療を受けた患者を対象とする。

対象症例数：7症例(男女) 装置の使用期間 2002年～2021年

解析・分析法：データ分析・統計分析

2. 研究に用いる試料・情報

入院・外来の別、性別、身長、体重、既往歴、合併症、

白血球 血小板 ヘマトクリット 血清カルシウム濃度 採取量

採取量 採取総細胞数 採取 CD34⁺

患者の観察(血圧・脈拍) 副作用

3. 研究の方法

研究の種類

後ろ向き研究(生体試料を用いない探索的研究)

当院において骨髄腫や悪性のリンパ腫の治療に自家末梢幹細胞採取を施行した症例で

以前使用していた幹細胞血球分離装置(COBE Spectra)と新型の幹細胞血球分離装置(Spectra OPTIA)での性能及び臨床データを比較検証する。

【共同研究機関及び研究責任者】

1. 研究責任者

福井県済生会病院 臨床工学部 小野秀治

2. 共同研究施設等およびその研究代表者

なし

【本研究に関する問い合わせ窓口】

○問い合わせ窓口

〒918-8503

福井県福井市和田中町舟橋 7-1 福井県済生会病院 ●臨床工学部 小野秀治

電話:0776-23-1111(代表)